



תאריך תעודת בדיקה 18/04/2016

SO16034863

מספר דגימה

Pesticide - SPE Extraction

תוצאות

03/04/2016 : תאריך הגעה  
03/04/2016 : תאריך דיגום/יצוא

64627 : מספר ממוחשב  
מאגר בית העמק : תאור דוגמא הערות

In House Method Based on: Agilent Application Notes : מקור השיטה

עקרונות השיטה

דוגמת המים עוברת מיצוי בפאזה מוצקה. תמצית הדוגמא מוזרקת לגז כרומטוגרף המצויד בגלאי סלקטבי למסות. האנליטים מופרדים על גבי קולונה קאפילרית. גילוי האנליטים נעשה בעזרת גלאי מסות, קביעתם האיכותית והכמותית מתקבלת כנגד 110 סטנדרטים אנליטיים. תחום אי הוודאות של השיטה משתנה לפי סף הכימות של האנליטים הנקבעים, ועומד על תחום של 10-20 אחוז באזור סף הכימות ערכי סף הכימות של חומרי ההדברה הנבדקים במעבדה, ישלחו ללקוח ע"פ דרישת

תוצאות הבדיקה

Units	MRL <sup>2</sup>	LOQ <sup>1</sup>	Results	Formula	CAS RN	Analyte name
mg/l		0.001	< 0.001	C9H11Cl3NC	2921882	Chlorpyrifos

ח'רטל ברק  
מעבדה אנליטית

1 מתוך 1 עמוד

\* לא נמצא בספרות  
\*\* החומר נומת אך קיימת חריגה של מעל 20% +/- מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי השבה  
\*\*\* אחוזי ההשבה של החומר שהתגלה נמצאים בחריגה של 20% +/- מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי השבה  
1. LOQ = סף נכמות  
2. MRL = רמת השארית המינימלית